

Znak sprawy N-M.ZP/17/2022

**Zapytania
do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania na: „Dostawa laboratoryjnych odczynników i materiałów zużywalnych i kontrolnych oraz dzierżawa analizatorów dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku”

Identyfikator (ID) postępowania: **2dd1a3f1-db98-482c-841c-3996f13a98d2**

Pytanie nr 1:

Czy wykonawca otrzyma dodatkowe punkty lub premię za ofertę analizatora z 2022 roku o najnowszej technologii?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający umożliwi podział pakietu 4 na dwie części tzn. testy do analizy moczu z dzierżawą czytnika (od punktu 1 do 2) oraz testy diagnostyczne i odczynniki laboratoryjne (od punktu 3 do 6)?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający wymaga co najmniej 2 pól testowych, które eliminują interferencję ze strony kwasu askorbinowego na wynik (aktualne minimalne wymagania to eliminacja wpływu ASC na Protein i Krew)?

Odp.: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający wymaga określoną czułość analityczną dla parametrów fizykochemicznych, które są istotne w detekcji śladowych ilości np. białka lub erytrocytów (czułość dla białka od 5-10mg/dl i krew 5-10/ul)?

Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.