

Znak sprawy N-M.ZP/17/2022

**Zapytania
do Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy postępowania na: „Dostawa laboratoryjnych odczynników i materiałów zużywalnych i kontrolnych oraz dzierżawa analizatorów dla NOVUM-MED Sp. z o.o. w Więcborku”

Identyfikator (ID) postępowania: **2dd1a3f1-db98-482c-841c-3996f13a98d2**

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści analizator do oznaczania jonów, w którym nie są wymagane elektrody? Proponowany analizator pracuje o najnowocześniejszą technologię opartą o biosensor, który nie wymaga stosowania oraz wymiany jakichkolwiek elektrod podczas pracy analizatora. Pomiary mogą być wykonywane w krwi pełnej, osoczu, surowicy, moczu zgodnie z wymogami Zamawiającego. Proponowane rozwiązania zapewnią wysoką precyzję oznaczeń, wymaga niewielkiej objętości materiału, a także jest korzystne cenowo.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.